兰州大学物理科学与技术学院

工作简报

2026年第7期（总第997期）

物理科学与技术学院党政办公室　　2026年10月26日

2026 年 10 月学院实验室安全检查情况通报

2026 年 10 月 20-21 日，学院实验室安全工作组对学院所辖理工楼、格致楼和齐云楼的实验室进行了安全检查。检查发现部分实验室仍存在下述问题：（1）卫生环境脏乱差、垃圾不及时清理；（2）用电安全存在隐患，插线板落地，电吹风用完不拔插头，电灯和电源损坏不报修；（3）废旧药品未处理。

对下列实验室提出整改提示：

格致楼 2023（负责人：卓仁富）：电吹风未拔；实验室脏乱；药品没标签





格致楼 1030（负责人：周金元、潘孝军）：垃圾未清理



格致楼 2053（负责人：兰伟）：实验室杂物太多，垃圾未清理。大量废旧药品未处理



格致楼 1007（负责人：李海蓉）：实验室电源充电动车，没收充电器，通报处理



格致楼 1013 外间（负责人：李海蓉）：电源开关坏，无人报修



格致楼 1010-1012（负责人：刘青芳、席力）：冷却水机报警。实验室脏乱







齐云楼 102（负责人：霍红庆）：照明灯损坏无人报修，实验室卫生差





理工楼 1418（负责人：高大强）：气瓶无标识牌，卫生差



理工楼 1421（负责人：王涛）：插线板放在地面



理工楼 107B（负责人：柴国志）：插线板放在地面

